

**Assunto:** ESCLARECIMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP PREGÃO ELETRÔNICO 005/2024 - DATA: 02/04/2024 ÀS 09H00MIN

**De:** Camila Moreira Carneiro <camila.moreira@medlevensohn.com.br>

**Data:** 22/03/2024, 17:04

**Para:** compras@pinhal.sp.gov.br

**CC:** MedPartner Distribuidora <medpartner@terra.com.br>, MedPartner Distribuidora <medpartnerbr@gmail.com>, Manoel Wellington <manoel.wellington@medlevensohn.com.br>, Pedro Pavão <pedro.pavao@medlevensohn.com.br>, Vinicius Pinheiro <vinicius.pinheiro@medlevensohn.com.br>, gustavo leme <gustavo.leme@medlevensohn.com.br>, Bruno Targa <bruno.targa@medlevensohn.com.br>, Robson de Paulo <robsondepaulo@medlevensohn.com>, orlando freitas <orlando.freitas@medlevensohn.com.br>

Prezada Equipe de Licitação,

Ilmo. Senhor Pregoeiro, boa tarde!

**A MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.343.029/0001-90, interessada em participar do certame em tela, vem respeitosamente à Vossa presença **REQUERER** que seja esclarecida a dúvida do item a seguir:

**(Itens 3 e 5) - ESPECIFICIDADE E SENSIBILIDADE MAIOR QUE 96%:**

Para eliminar qualquer tipo de desvio e tornar o resultado mais próximo da realidade, a imensa maioria dos testes rápidos para COVID-19 disponíveis o mercado disponibilizam esta informação apoiada no Intervalo de Confiança de 95% (IC95%), que confere segurança estatística e define os intervalos de resultados possíveis considerando a quantidade de amostras utilizada no ensaio.


Desta forma, considerar este intervalo de confiança é a forma mais assertiva de avaliar a performance de produtos para diagnóstico in vitro, motivo pelo qual solicitamos que seja considerado no presente pregão.

Diante disso: os valores de IC95% serão considerados na avaliação dos produtos oferecidos no presente pregão?

Em caso negativo, qual a motivação técnica para tal recusa?

Informar ao menos 3 produtos que atendem aos descritivos acima, inclusive quanto ao percentual de performance de sensibilidade e especificidade.

At.te



MASTER DEALER DISTRIBUTOR



**Camila Moreira**

Jurídico

☎ Escritório / Office: (21) 3557-1437 / Ramal: 1437

✉ [camila.moreira@medlevensohn.com.br](mailto:camila.moreira@medlevensohn.com.br)

[www.medlevensohn.com.br](http://www.medlevensohn.com.br)