

Assunto: Fwd: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ITEM 42 - PREGAO ELETRONICO Nº. 026/2.025

- Processo Administrativo nº. 3.428/2.025

De: Licitações - E.S.Pinal/SP <licitacoes.saude@pinhal.sp.gov.br>

Data: 06/06/2025, 14:02

Para: Alex - Licitações Medmax <lc@medmax.com.br>

CC: Dione Laurindo - Secretário de Saúde <jhonny.comercial@hotmail.com>, "Gisele Oliveira (RH)" <saude@pinhal.sp.gov.br>, Secretário Municipal de Saúde (SMS) <secretario.saude@pinhal.sp.gov.br>

BCC: Rafael <rafael.controleinterno@pinhal.sp.gov.br>



Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Pinhal
ESTADO DE SÃO PAULO

Espírito Santo do Pinhal, 06 de junho de 2.025.

Processo Licitatório nº. **3.428/2.025.**

Pregão Eletrônico nº. 026/2.025.

Objeto:- Sistema de registro de preços para a futura e eventual aquisição e fornecimento de materiais laboratoriais para uso no Laboratório Municipal de Análises Clínicas.

Prezados Srs.,

Segue, abaixo, a resposta ao pedido de esclarecimento referente ao processo licitatório em epígrafe.

Favor acusar o recebimento deste e-mail.

At.te,

José Roberto **MÜLLER** Junior
Setor de Compras e Licitações
Secretaria Municipal de Saúde
Pref. Espírito Santo do Pinhal/SP
(19)3651-9697 ou (19)3651-9699
e-mail: licitacoes.saude@pinhal.sp.gov.br

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto: Re: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ITEM 42 - PREGAO ELETRONICO Nº. 026/2.025 -
Processo Administrativo nº. 3.428/2.025

Data: Fri, 06 Jun 2025 11:41:21 -0300

De: laboratorio.saude@pinhal.sp.gov.br

Para: Licitações - E.S.Pinhal/SP [<licitacoes.saude@pinhal.sp.gov.br>](mailto:licitacoes.saude@pinhal.sp.gov.br)

CC: Dione Laurindo - Secretário de Saúde [<jhonny.comercial@hotmail.com>](mailto:jhonny.comercial@hotmail.com), Gisele Oliveira

(RH) [<sauda@pinhal.sp.gov.br>](mailto:sauda@pinhal.sp.gov.br), Secretário Municipal de Saúde (SMS)

[<secretario.saude@pinhal.sp.gov.br>](mailto:secretario.saude@pinhal.sp.gov.br), Alex - Licitações Medmax [<lc@medmax.com.br>](mailto:lc@medmax.com.br)

Bom dia,

O aparelho que utilizamos é do ultimo ganhador da ultima licitação que fizemos. (Humalyte plus3, analizador de ions seletivos)

De acordo com a descrição, o ganhador deverá nos fornecer tanto o pack como o aparelho e suas respectivas manutenções de preventiva e correção de defeitos.

Qualquer outra dúvida, estou a disposição.

Att,

Marcos de Souza

Farm. Bioquímico - CRF 15822

Coordenador Laboratório Municipal de Espírito Santo do Pinhal - SP

Em 2025-06-06 09:55, Licitações - E.S.Pinhal/SP escreveu:



Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Pinhal
ESTADO DE SÃO PAULO

URGENTE !!!

Espírito Santo do Pinhal, 06 de junho de 2.025.

Prezado Sr. Marcos

Laboratório Municipal de Análises Clínicas

Secretário Municipal de Saúde.

Segue o pedido de esclarecimento abaixo acerca do presente edital de Licitação - na modalidade Pregão Eletrônico nº. 026/2.025.

Aproveito o ensejo, e, encaminho-lhe também em anexo o edital para fins de conferência e validação das informações a serem prestadas a licitante.

Solicito uma resposta ao questionamento, o mais breve possível.

At.te,

José Roberto **MÜLLER** Junior
Setor de Compras e Licitações
Pref. Espírito Santo do Pinhal/SP
(19)3651-9699
e-mail: licitacoes.saude@pinhal.sp.gov.br

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto:PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ITEM 42 - PREGAO ELETRONICO Nº. 026/2.025 -
Processo Administrativo nº. 3.428/2.025

Data:Fri, 6 Jun 2025 08:26:44 -0300

De:Alex - Licitações Medmax <lc@medmax.com.br>

Para:licitacoes.saude@pinhal.sp.gov.br

Prezados

Bom dia;

A empresa Medmax interessada em participar do item 42 do pregão eletrônico 026/2025, vem solicitar esclarecimento do item solução pack reagente, poderia nos informar qual é a marca e modelo do equipamento, e se por acaso o equipamento é o Maxion ou AVL 9180?

Isso se faz necessário para devida apresentação de proposta de preços correta ao objeto do item 42;

Att;



ALEXSANDRO BARBOSA

LICITAÇÃO

Vendas_medmax
 +55 (11) 99418-8063
 lc@medmax.com.br
 www.medmax.com.br

Visite-nos na

