

**Assunto:** Re: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ITEM 42 - PREGAO ELETRONICO Nº. 026/2.025 - Processo Administrativo nº. 3.428/2.025  
**De:** laboratorio.saude@pinhal.sp.gov.br  
**Data:** 06/06/2025, 11:41  
**Para:** Licitações - E.S.Pinhal/SP <licitacoes.saude@pinhal.sp.gov.br>  
**CC:** Dione Laurindo - Secretário de Saúde <jhonny.comercial@hotmail.com>, "Gisele Oliveira (RH)" <saude@pinhal.sp.gov.br>, Secretário Municipal de Saúde (SMS) <secretario.saude@pinhal.sp.gov.br>, Alex - Licitações Medmax <lc@medmax.com.br>

Bom dia,

O aparelho que utilizamos é do ultimo ganhador da ultima licitação que fizemos. (Humalyte plus3, analisador de ions seletivos))

De acordo com a descrição, o ganhador devera nos fornecer tanto o pack como o aparelho e suas respectivas manutenções de preventiva e correção de defeitos.

Qualquer outra duvida, estou a disposição.

Att,

Marcos de Souza  
Farm. Bioquímico - CRF 15822  
Coordenador Laboratório Municipal de Espírito Santo do Pinhal - SP

Em 2025-06-06 09:55, Licitações - E.S.Pinhal/SP escreveu:



**Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Pinhal**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**URGENTE !!!**

**Espírito Santo do Pinhal, 06 de junho de 2.025.**

**Prezado Sr. Marcos**

**Laboratório Municipal de Análises Clínicas**

**Secretário Municipal de Saúde.**

Segue o pedido de esclarecimento **abaixo** acerca do presente edital de Licitação - na modalidade **Pregão Eletrônico nº. 026/2.025.**

Aproveito o ensejo, e, encaminho-lhe também em anexo o edital para fins de conferência e validação das informações a serem prestadas a licitante.

**Solicito uma resposta ao questionamento, o mais breve possível.**

At.te,

José Roberto **MÜLLER** Junior  
Setor de Compras e Licitações  
Pref. Espírito Santo do Pinhal/SP  
(19)3651-9699  
e-mail: [licitacoes.saude@pinhal.sp.gov.br](mailto:licitacoes.saude@pinhal.sp.gov.br)

----- Mensagem encaminhada -----

**Assunto:** PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ITEM 42 - PREGAO ELETRONICO Nº. 026/2.025 -  
Processo Administrativo nº. 3.428/2.025

**Data:** Fri, 6 Jun 2025 08:26:44 -0300

**De:** Alex - Licitações Medmax <[lc@medmax.com.br](mailto:lc@medmax.com.br)>

**Para:** [licitacoes.saude@pinhal.sp.gov.br](mailto:licitacoes.saude@pinhal.sp.gov.br)

Prezados

Bom dia;

A empresa Medmax interessada em participar do item 42 do pregão eletrônico 026/2025, vem solicitar esclarecimento do item solução pack reagente, poderia nos informar qual é a marca e modelo do equipamento, e se por acaso o equipamento é o Maxion ou AVL 9180?

Isso se faz necessário para devida apresentação de proposta de preços correta ao objeto do item 42;

Att;



**ALEXSANDRO BARBOSA**  
**LICITAÇÃO**

 Vendas\_medmax  
 +55 (11) 99418-8063  
 [lc@medmax.com.br](mailto:lc@medmax.com.br)  
 [www.medmax.com.br](http://www.medmax.com.br)

Visite-nos na



|