

**Assunto:** aprovação de itens da licitação  
**De:** laboratorio.saude@pinhal.sp.gov.br  
**Data:** 16/06/2025, 11:31  
**Para:** Muller <licitacoes.saude@pinhal.sp.gov.br>

Bom dia Muller

Conforme verificado na planilha, segue as observações:

item 14 - Preciso confirmação se a cubeta realmente segue as especificações deste aparelho, porque não conheço a marca da cubeta ganhadora.

CUBETA REDUZIDA PARA **COAGULÔMETRO QUICK TIMER DRAKE** FUNDO CÔNICO DESCARTÁVEL COM AGITADOR BARRA METÁLICA CAIXA COM 100 UNIDADES

item 18 - verificada e APROVADA -

CÂMARA NEUBAUER MELHORADA ESPELHADA DUPLA IMPROVED 0,1 MM DEEP 0,0025 MM<sup>2</sup> UNIDADE

item 42 - Favor enviar um folder ou manual do equipamento para avaliação, uma vez q não conheço o equipamento ganhador

PACK DE SÓDIO E POTÁSSIO PARA 300 TESTES DE CADA - GANHADOR DEVERÁ FORNECER O EQUIPAMENTO CALIBRADO, MANTER MANUTENÇÃO COMO TROCA DE QUALQUER PEÇA OU ELETRODO OU SUBSTITUIÇÃO NO PRAZO DE 24 HS CASO APRESENTE PROBLEMAS SEM CUSTO NENHUM

item 69 - REPROVADO o primeiro lugar, a fita é de baixa qualidade: in vitro. Já utilizamos uma vez.

Segundo Lugar - APROVADO, a marca Wama, nós ja utilizamos no laboratorio

TIRAS REATIVAS UROANÁLISE 10 PARÂMETROS - PH DENSIDADE LEUCÓCITOS HEMÁCIAS BILIRRUBINAS UROBILINOGÊNIO CETONA NITRITO PROTEÍNA GLICOSE CAIXA COM 100 TIRAS

Att,

Marcos de Souza  
Farm. Bioquímico - CRF 15822  
Coordenador Laboratório Municipal de Espírito Santo do Pinhal - SP